

Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA

1. OBJETIVO

1.1. Tendo em vista as informações colecionadas no Processo, em especial o Formulário de Solicitações de Compras emitido pela Central de Abastecimento Farmacêutico, o presente Termo de Referência visa a aquisição de **FIOS CIRÚRGICOS**, para atender a Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - FUNGOTA, conforme Anexo I, por um período de 12(doze) meses.

2. OBJETO DA AQUISIÇÃO

2.1. É objeto da presente licitação é a aquisição de FIOS CIRÚRGICOS, de acordo com as especificações e quantidades constantes no quadro abaixo:

Lote	Item	Cód.	Descrição Simples	Descrição Completa	Características	Qtde.	U.M.
01 - AMPLA CONCORRENCIA	01	998	FIO ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 AG 2,6 CM.	Fio cirurgico de ácido Poliglicólico impregnado com Antimicrobiano (irgacare) diâmetro 2-0 , 70 cm de comprimento , com agulha 2,6 cm 1/2 círculo cilíndrica estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	36	UN
02 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1001	FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO 2-0 (AG. 4CM).	Fio cirúrgico de ácido poliglicolico trançado 2-0 ag 4cm - fio cirúrgico de ácido poliglicolico trançado, violeta, espessura 2-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 4cm robusta, fechamento geral, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	360	UN
03 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	1002	FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO 3-0 (AG. 1,5CM).	Fio cirúrgico de ácido poliglicolico trançado 3-0 ag 1,5cm - fio cirúrgico de ácido poliglicolico trançado, violeta, espessura 3-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 1,5cm, fechamento urologia, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	36	UN
04 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1003	FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO 4-0 (AG. 1,5CM).	Fio cirúrgico de ácido poliglicolico trançado 4-0 ag 1,5cm - fio cirúrgico de ácido poliglicolico trançado, violeta, espessura 4-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 1,5cm, fechamento urologia, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	144	UN
05 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1004	FIO DE ACIDO POLIGLICOLICO 5-0 (AG. 1,5CM).	Fio cirúrgico de ácido poliglicolico trançado 5-0 ag 1,5cm - fio cirúrgico de ácido poliglicolico trançado, violeta, espessura 5-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 1,5cm, fechamento urologia, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	36	UN
06 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1005	FIO DE ALGODAO 2-0 (S/ AG.).	Fio de algodão 2-0 s/ag - fio cirúrgico de algodão, cor preta ou azul torcido, espessura 2-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	480	UN

07 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1006	FIO DE ALGODAO 3-0 (S/ AG.).	Fio de algodão 3-0 s/ag - fio cirúrgico de algodão, cor preta ou azul, espessura 3-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA	24	UN
08 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	1007	FIO DE POLIGLACTINA 910 0 (AG. 4CM).	Fio cirúrgico de poliglactina 910 0 ag. 4cm. Fio cirúrgico sintético de poliglactina 910 trançado, violeta, espessura 0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 4cm robusta, fechamento geral, estéril.	Embalagem contendo dados de identificação do produto, procedência, tipo de esterilização, responsável técnico, data de fabricação, prazo de validade, nº de lote e registro da ANVISA.	1116	UN
09 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1008	FIO DE POLIGLACTINA 910 3-0 (AG. 2,6CM).	Fio cirúrgico de poliglactina 910 trançado 3-0 ag 2,6 cm - fio cirúrgico de poliglactina 910 trançado, violeta, espessura 3-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 2,6cm, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	36	UN
10 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1009	FIO DE POLIGLACTINA 910 3-0 (AG. 3,1CM).	Fio cirúrgico de poliglactina 910 3-0 ag 3,1cm - fio cirúrgico sintético de poliglactina 910 trançado antibacterial, violeta, espessura 3-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 3/8 cilíndrica com 3,1cm, fechamento geral e ginecológico obstétrico, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	36	UN
11 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1010	FIO DE POLIPROPILEN O 0 (AG. 4CM).	Fio polipropileno azul 0 ag 4cm - Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno azul espessura 0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circular ponta cônica, corpo cilíndrico, robusta, para fechamento geral e ginecológica obstetria, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
12 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1011	FIO DE POLIPROPILEN O 2 (C/ 3 AG. 7,5CM).	Fio polipropileno azul 2 ag 7,5cm - Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno azul espessura 2, com 3x50cm de comprimento, com agulha 3/8 circular ponta triangular reversa, corpo triangular robusto, para fechamento geral e obstetrico, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
13 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1012	FIO DE POLIPROPILEN O 2-0 AG. 36,4MM.	Fio cirúrgico de polipropileno 2-0 ag 36,4mm - fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 cilíndrica, medindo 36,4mm, fechamento geral e ginecológico obstétrico, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
14 – PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	1013	FIO DE POLIPROPILEN O 4-0.	Fio de Polipropileno 4-0 ag 1,5 cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de polipropileno azul, espessura 4-0, com 75cm de comprimento, com agulha	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN

				1/2 cilíndrica, medindo 1,5 cm, contendo uma agulha, estéril.			
15 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	1014	FIO DE POLIPROPILENO 5-0 AG. 1,5CM.	Fio de Polipropileno 5-0 ag 1,5 cm, fio cirúrgico de polipropileno monofilamentar azul espessura 5-0, comprimento 75 cm, agulha de 1,5 cm, cilíndrica de 3/8 contendo uma agulha, para fechamento gastrointestinal.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
16 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1016	FIO MONONYLON 2-0 AG. 4CM.	Fio mononylon 2-0 ag 4cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, espessura 2-0, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo, ponta triangular, reversa medindo 4cm, corpo triangular, para fechamento cuticular, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
17 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1017	FIO MONONYLON 3-0 AG. 1,7CM.	Fio mononylon 3-0 ag 1,7cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, espessura 3-0, com 45cm de comprimento, com agulha 1/2 ponta triangular, medindo 1,7cm, para fechamento cuticular, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	96	UN
18 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1018	FIO MONONYLON 3-0 AG. 3CM.	Fio mononylon 3-0 ag 3cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, espessura 3-0, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo, ponta triangular, reversa medindo 3cm, corpo triangular, para fechamento cuticular, estéril, embalagem unitária.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	2880	UN
19 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1019	FIO MONONYLON 4-0 AG. 1,5CM.	Fio mononylon 4-0 ag 1,5cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, espessura 4-0, com 45cm de comprimento, com agulha 1/2 ponta triangular, medindo 1,5cm, para fechamento cuticular, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	96	UN
20 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1020	FIO MONONYLON 5-0 AG 1,5 COM.	Fio mononylon 5-0 ag 1,5cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com agulha 3/8 ponta cilíndrica, medindo 1,5 cm, para fechamento vascular, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
21 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1021	FIO MONONYLON 5-0 AG. 2CM.	Fio mononylon 5-0 ag 2cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, espessura 5-0, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 ponta triangular, medindo 2cm, para fechamento cuticular, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
22 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	1022	FIO PDS II 6-0 (2) AG. 1,1 CM.	Fio de polidioxanona 6-0(2) BV ag.1,1 cm, fio cirúrgico de monofilamentar polidioxanona, cor violeta, espessura 6-0 com 75 cm de comprimento, com agulha 3/8	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de	24	UN

				C.Cilíndrica, medindo 1,1 cm, biagualhado, para fechamento geral, estéril.	validade nº lote e registro da ANVISA.		
23 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1023	FIO POLIGLECAPRO NE 25 0 AG. 4,8CM - 90CM.	Fio poliglecaprone 25 - 0 violeta ag 4,8cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone25 violeta, espessura 0, com 90cm de comprimento, com agulha 1/2 ponta cilíndrica, medindo 4,8cm, para fechamento geral e ginecológico obstétrico, estéril, embalagem unitária.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	2880	UN
24 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1024	FIO POLIGLECAPRO NE 25 0 VIOLETA AG. 3,1CM.	Fio poliglecaprone 25 - 0 violeta ag 3,1cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone25 violeta, espessura 0, com 70cm de comprimento, com agulha 3/8 ponta cilíndrica, medindo 3,1cm, para fechamento gastro intestinal, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
25 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	1026	FIO POLIGLECAPRO NE 25 2-0 VIOLETA AG. 4CM.	Fio poliglecaprone 25 - 2-0 violeta ag 4cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone25 violeta, espessura 2-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 ponta cilíndrica, medindo 4cm, para fechamento geral e ginecológico obstétrico, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
26 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1028	FIO POLIGLECAPRO NE 25 4-0 INCOLOR AG. 1,9CM.	Fio poliglecaprone 25 incolor antibacterial 4-0 ag 1,9cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone25 incolor antibacterial, espessura 4-0, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 ponta reversa, medindo 1,9cm, para fechamento plástica, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	168	UN
27 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	1029	FIO POLIGLECAPRO NE 25 4-0 VIOLETA AG. 1,7CM.	Fio poliglecaprone 25 violeta 4-0 ag 1,7cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone25 violeta, espessura 4-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 ponta cilíndrica, medindo 1,7cm, para fechamento urologia, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
28 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1030	FIO POLIGLECAPRO NE 25 5-0 VIOLETA AG. 1,7CM.	Fio poliglecaprone 25 - 5-0 violeta ag 1,7cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone25 violeta, espessura 5-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 ponta cilíndrica, medindo 1,7cm, para fechamento urologia, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
29 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	1032	FIO SEDA 4-0 AG. 1,6CM.	Fio seda 4-0 ag. 1,6cm. Fio cirúrgico de seda trançada, cor preta, espessura 4-0, com 75cm de comprimento, com agulha 3/8 triangular, medindo 1,6cm para fechamento cuticular, estéril.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	48	UN

30 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1036	FIO SIMPLES (CATGUT) CROMADO 4-0 AG. 2CM.	Fio cirúrgico simples (tipo catgut) cromado 4-0 ag 2cm - Fio cirúrgico simples (tipo catgut) cromado, espessura 4-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circ. ponta cônica medindo 2cm, corpo cilíndrico, estéril, fechamento gastrointestinal.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
31 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1037	FIO SIMPLES (TIPO CATGUT) 0 AG. 4CM.	Fio cirúrgico simples (tipo catgut) 0 ag 4cm - Fio cirúrgico simples (tipo catgut), espessura 0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo, ponta cônica medindo 4,0cm, corpo cil. robusto, estéril, fechamento geral e ginecologia obstetrícia.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	2400	UN
32 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1038	FIO SIMPLES (TIPO CATGUT) 2-0 AG. 4CM.	Fio cirúrgico simples (tipo catgut) 2-0 ag 4cm - Fio cirúrgico simples (tipo catgut), espessura 2-0, com 70cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo, ponta cônica medindo 4,0cm, corpo cil. robusto, estéril, fechamento geral e ginecologia obstetrícia.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	120	UN
33 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1039	FIO SIMPLES (TIPO CATGUT) 3-0 AG. 2CM.	Fio cirúrgico simples (tipo catgut) 3-0 ag 2cm - Fio cirúrgico simples (tipo catgut), espessura 3-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 cilíndrica medindo 2,0cm, estéril, fechamento urologia.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	96	UN
34 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1040	FIO SIMPLES (TIPO CATGUT) 4-0 AG. 1,5CM.	Fio cirúrgico simples (tipo catgut) 4-0 ag 1,5cm - Fio cirúrgico simples (tipo catgut), espessura 4-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 cilíndrica medindo 1,5cm, estéril, fechamento urologia.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN
35 - AMPLA CONCORRENCIA	01	1041	FIO SIMPLES (TIPO CATGUT) 5-0 AG. 1,5CM.	Fio cirúrgico simples (tipo catgut) 5-0 ag 1,5cm - Fio cirúrgico simples (tipo catgut), espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 cilíndrica medindo 1,5cm, estéril, fechamento urologia.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	72	UN
36 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	3437	FIO PDS II 5-0 1,9 CM	Fio de polidioxanona 5-0 ag.1,9 cm, fio cirúrgico de monofilamentar polidioxanona espessura 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha 3/8 Reversa, medindo 1,9 cm, para fechamento geral, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN

37 - AMPLA CONCORRENCIA	01	3438	FIO CIRURGICO POLIESTER VERDE 2 AG 4,0 CM	Fio cirúrgico de poliéster verde 2 ag 4,0 cm - fio cirúrgico de poliéster verde trançado, verde, espessura 2, com 75 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo, com corte reverso, medindo 4 cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	48	UN
38 - PARTICIPAÇÃO EXCLUSIVA ME/EPP	01	3439	FIO POLIGRECAPRONE 25 - 3-0 VIOLETA AG 4CM	Fio poliglecaprone 25 - 3-0, violeta ag 4,0cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone 25 violeta, espessura 3-0, com 90cm de comprimento, com agulha 1/2 ponta cilíndrica, medindo 4,0cm, para fechamento geral e ginecológico obstétrico, estéril, embalagem unitária.	Embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	24	UN

Abaixo, segue tabela dos fios com as referências já utilizadas e aprovadas pela maternidade. Caso o fio não esteja entre as referências apresentadas deverá ser encaminhado uma amostra para a maternidade afim de aprovação ou não do produto.

Descrição	Nome	Referência
Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina 910 trançado 2-0 ag 4cm - fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina 910 trançado, violeta, espessura 2-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 4cm robusta, fechamento geral, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	ÁCIDO POLIGLICÓLICO OU POLIGLACTINA 910	BIOLINE: ABS20MR40R QUALTRUS: PG130X
Fio cirúrgico de ácido poliglicólico trançado 3-0 ag 2,6 cm - fio cirúrgico de ácido poliglicólico trançado, violeta, espessura 3-0, com 75cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 2,6cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	ÁCIDO POLIGLICÓLICO	BIOLINE: ABS30MR266 ATRAMAT: R2693-75H
Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina 910 trançado 3-0 ag 1,5cm ou 1,7 cm - fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina 910 trançado, violeta, espessura 3-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 1,5cm ou 1,7 cm, fechamento urologia, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	ÁCIDO POLIGLICÓLICO OU POLIGLACTINA 910	QUALTRUS: J305
Fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina 910 trançado 4-0 ag 1,5 cm ou 1,7 cm - fio cirúrgico de ácido poliglicólico ou poliglactina 910 trançado, violeta, espessura 4-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 1,5 cm ou 1,7 cm, fechamento urologia, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	ÁCIDO POLIGLICÓLICO OU POLIGLACTINA 910	BIOLINE: ABS40MR15 QUALTRUS: J304
Fio cirúrgico de ácido poliglicólico trançado 5-0 ag 1,5cm - fio cirúrgico de ácido poliglicólico trançado, violeta, espessura 5-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 1,5cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	ÁCIDO POLIGLICÓLICO OU POLIGLACTINA 910	BIOLINE: ABS50MR15

Fio cirúrgico de algodão 2-0 s/ag - fio cirúrgico de algodão, torcido, cor azul, espessura 2-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	ALGODÃO	BIOLINE: AA20SA45 ETHICON: SPA44T
Fio cirúrgico de algodão 3-0 s/ag - fio cirúrgico de algodão, trançado recuberto, cor azul, espessura 3-0, com 15x45cm de comprimento, sem agulha, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	ALGODÃO	BIOLINE: AA30SA45 ETHICON: SPA43T
Fio cirúrgico simples ,tipo catgut, cromado 4-0 ag 1,5 cm - Fio cirúrgico simples ,tipo catgut, cromado, espessura 4-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 circ. ponta cônica medindo 1,5 cm, corpo cilíndrico , estéril, fechamento gastrointestinal, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	CATGUT CROMADO	BIOLINE: CC40MR15 QUALTRUS: PC121X
Fio cirúrgico simples ,tipo catgut, 0 ag 4cm - Fio cirúrgico simples ,tipo catgut, espessura 0, com 75 cm de comprimento, com agulha 1/2 cilíndrica, medindo 4,0cm, corpo cil. robusto, estéril, fechamento geral e ginecologia obstetrícia, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	CATGUT SIMPLES	BIOLINE: CS0MR40R ETHICON: 854T
Fio cirúrgico simples ,tipo catgut, 3-0 ag 2cm - Fio cirúrgico simples ,tipo catgut, espessura 3-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 cilíndrica medindo 2,0cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	CATGUT SIMPLES	BIOLINE: CS30MR20G QUALTRUS: PC118X
Fio cirúrgico simples ,tipo catgut, 5-0 ag 1,5cm - Fio cirúrgico simples ,tipo catgut, espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 cilíndrica medindo 1,5cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	CATGUT SIMPLES	BIOLINE: CS50MR15 QUALTRUS: PC124X
Fio cirúrgico simples, tipo catgut, 2-0 ag 4cm - Fio cirúrgico simples, tipo catgut, espessura 2-0, com 75 cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo, medindo 4,0cm, corpo cil. robusto, estéril, fechamento geral e ginecologia obstetrícia, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	CATGUT SIMPLES	BIOLINE: CS20MR40R ETHICON: 853T QUALTRUS: PC115X
Fio cirúrgico simples, tipo catgut, 4-0 ag 1,5cm ou 1,7 cm - Fio cirúrgico simples , tipo catgut, espessura 4-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 cilíndrica medindo 1,5cm ou 1,7cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	CATGUT SIMPLES	BIOLINE: CS40MR15 QUALTRUS: PC121X
Fio cirúrgico de mononylon 4-0 ag 1,7cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, cor preta, espessura 4-0, com 45cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo ponta triangular, medindo 1,7cm, para fechamento cuticular, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	MONONYLON	BIOLINE: NL40MT17S3 QUALTRUS: NM108X
Fio cirúrgico de mononylon 5-0 ag 1,5cm ou 1,6 cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, cor preta, espessura 5-0, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo com ponta triangular, medindo 1,5 cm ou 1,6 cm , para fechamento cuticular, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	MONONYLON	ETHICON: 1168T
Fio cirúrgico de mononylon 5-0 ag 2cm ou 1,9 cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, espessura 5-0, cor preta, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo com ponta triangular, medindo 2cm ou 1,9 cm, para fechamento cuticular, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	MONONYLON	BIOLINE: NL50CT1953 QUALTRUS: NM113

Fio cirúrgico de mononylon 2-0 ag 3,64 cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, cor preta, espessura 2-0, com 45 cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo, ponta triangular, reversa medindo 3,6 cm, corpo triangular, para fechamento cuticular, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	MONONYLON	BIOLINE: NL20CT35S3 QUALTRUS: NM104X
Fio cirúrgico de mononylon 3-0 ag 1,5cm ou 1,7 cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, cor preta, espessura 3-0, com 45cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo com ponta triangular, medindo 1,5cm ou 1,7 cm, para fechamento cuticular, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	MONONYLON	BIOLINE: NL30MT17S
Fio cirúrgico de mononylon 3-0 ag 3 cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de poliamida, cor preta, espessura 3-0, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo, ponta triangular, reversa medindo 3cm, corpo triangular, para fechamento cuticular, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	MONONYLON	BIOLINE: NL30CT30S3 QUALTRUS: NM107X
Fio cirúrgico de polidioxanona 5-0 ag.1,9 cm , fio cirúrgico de monofilamentar polidioxanona espessura 5-0 com 45 cm de comprimento, com agulha 3/8 Reversa, medindo 1,9 cm, para fechamento geral, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	PDII 5 - POLIDIOXANONA	ETHICON: Z4956
Fio cirúrgico de polidioxanona 6-0(2) BV ag.1,1 cm ou 1,3 cm , fio cirúrgico de monofilamentar polidioxanona, cor violeta, espessura 6-0 com 75 cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo com ponta cilíndrica medindo 1,1 cm ou 1,3 cm, biagualhado, para fechamento geral, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIDIOXANONA	BIOLINE: PDO602CR13 ETHICON: Z127H
Fio cirúrgico de poliéster verde 2 ag 4,0 cm - fio cirúrgico de poliéster, cor verde, trançado, espessura 2, com 75 cm de comprimento, com agulha de 1/2 círculo com corte reverso, medindo 4 cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIÉSTER VERDE	BIOLINE: PEV2MT400 ETHICON: X520
Fio cirúrgico de poliglactina 910 - antimicrobiano - 2-0 ag 2,6 cm - fio cirúrgico de poliglactina 910 com antimicrobiano, violeta, espessura 2-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 2,6 cm robusta, fechamento geral, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLACTINA 910	BIOLINE: BII20MR26G
Fio cirúrgico de poliglactina 910 0 ag 4cm - fio cirúrgico sintético de poliglactina 910 trançado, violeta, espessura 0, com 70cm de comprimento, com agulha de 1/2 cilíndrica com 4cm robusta, fechamento geral, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLACTINA 910	BIOLINE: PGLA0MR40R QUALTRUS: PG109X
Fio cirúrgico de poliglactina 910 3-0 ag 3,1cm ou 3,0 cm - fio cirúrgico sintético de poliglactina 910 trançado, violeta, espessura 3-0, com 70cm de comprimento, com agulha de 3/8 cilíndrica com 3,1cm ou 3,0 cm, fechamento geral e ginecológico obstétrico, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLATINA 910	BIOLINE: PGLA30CR30G
Fio cirúrgico de poliglecaprone 25 4-0 incolor ag 1,9cm (com antimicrobiano) - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone 25 (com antimicrobiano - glicosan) incolor, espessura 4-0, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo com ponta reversa medindo 1,9cm, para fechamento plástica, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLECAPRONE INCOLOR	25 BIOLINE: PGCL40CT19IAOP ETHICON: Y426H

Fio cirúrgico de poliglecaprone 25 0 violeta ag 4,8 cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone 25 violeta, espessura 0, com 90cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo com ponta cilíndrica medindo 4,8 cm, para fechamento geral e ginecológico obstétrico, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLECAPRONE VIOLETA	25	BIOLINE: PGCL0MR48ER ETHICON: CF904T
Fio cirúrgico de poliglecaprone 25 0 violeta ag 3,1 cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone 25 violeta, espessura 0, com 70cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo com ponta cilíndrica medindo 3,1 cm, para fechamento gastro intestinal, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLECAPRONE VIOLETA	25	BIOLINE: PGCL0CR316 ETHICON: CF114T
Fio cirúrgico de poliglecaprone 25 2-0 violeta ag 4 cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone 25 violeta, espessura 2-0, com 70 cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo com ponta cilíndrica medindo 4 cm, para fechamento geral e ginecológico obstétrico, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLECAPRONE VIOLETA	25	BIOLINE: PGCL20MR40R ETHICON: CF801T
Fio cirúrgico de poliglecaprone 25 5-0 violeta ag 1,7cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone 25 violeta, espessura 5-0, com 70 cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo com ponta cilíndrica medindo 1,7cm, para fechamento urologia, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLECAPRONE VIOLETA	25	BIOLINE: PGCL50MR17 ETHICON: CF202T
Fio cirúrgico depoliglecaprone 25 violeta 3-0 ag 4,0 cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone 25 violeta, espessura 3-0, com 90 cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo com ponta cilíndrica medindo 4,0 cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLECAPRONE VIOLETA	25	ETHICON: CF912
Fio cirúrgico depoliglecaprone 25 violeta 4-0 ag 1,7cm - Fio cirúrgico monofilamentar de poliglecaprone 25 violeta, espessura 4-0, com 70 cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo com ponta cilíndrica medindo 1,7cm, para fechamento urologia, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIGLECAPRONE VIOLETA	25	BIOLINE: PGCL50MR17 ETHICON: CF203T
Fio cirúrgico de polipropileno azul 0 ag 4 cm - Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno, cor azul espessura 0, com 7 5cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo com ponta cilíndrica medindo 4,0 cm, para fechamento geral e ginecológica obstétrica, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIPROPILENO AZUL		BIOLINE: PLMR40R
Fio cirúrgico de polipropileno azul 2-0 ag 36,4mm ou 3,5 cm - fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 2-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo com ponta cilíndrica medindo 36,4mm ou 3,5 cm, fechamento geral e ginecológico obstétrico, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIPROPILENO AZUL		BIOLINE: PL20MR35R
Fio cirúrgico de polipropileno azul 4-0 ag 2,0 cm - Fio cirúrgico monofilamentar ou monofilamento de polipropileno azul, espessura 4-0, com 45cm de comprimento, com agulha 3/8 de círculo, com ponta cilíndrica medindo 1,5 cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIPROPILENO AZUL		ETHICON: 9557T
Fio cirúrgico de polipropileno azul 5-0 ag 1,7cm (2) - fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno, cor azul, espessura 5-0, com 75cm de comprimento, com agulha 1/2 círculo com ponta cilíndrica medindo 1,7cm, biagulhado, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIPROPILENO AZUL		BIOLINE: PL502MR17AP ETHICON: 9556

Fio cirúrgico de seda preta 4-0 ag 1,6 cm - fio cirúrgico de seda, cor preta, trançado, espessura 4-0, com 75 cm de comprimento, com agulha de 3/8 de círculo com ponta cilíndrica medindo 1,6 cm, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	SEDA PRETA	ATRAMAT: C1734T
Fio cirúrgico de polipropileno azul 2 ag 7,5cm (3) - Fio cirúrgico monofilamentar de polipropileno, cor azul espessura 2, com 3x50cm de comprimento, com agulha 3/8 círculo com ponta triangular reversa, corpo triangular robusto medindo 7,5 cm, triangulado, para fechamento geral e obstétrico, estéril, embalagem unitária. Apresentar dados de identificação do produto, tipo de esterilização procedência, data de fabricação, prazo de validade nº lote e registro da ANVISA.	POLIPROPILENO AZUL	BIOLINE: PL23CT75R QUALTRUS: PR103X

3. DOCUMENTAÇÃO ANVISA

3.1. Somente para(s) empresa(s) licitante(s) detentor(as) da melhor oferta será exigido junto à proposta, a DECLARAÇÃO que a empresa tem os documentos citados abaixo:

3.1.1. Comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, através de cópia autenticada do registro ou da isenção ou de notificação ou cadastramento; ou ainda, se for o caso, comprovar que o produto não está sob controle sanitário.

3.1.2. Para a comprovação da regularidade do produto na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA; também serão aceitos “prints” de páginas do sítio da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, que estarão sujeitos à confirmação pela comissão de julgamento de licitação.

3.1.3. Estando o registro vencido, a licitante deverá apresentar cópia autenticada e legível da solicitação de sua revalidação, acompanhada de cópia do registro vencido. A não apresentação do registro e do pedido de revalidação do produto (protocolo) implicará na desclassificação do item cotado.

3.2. Prospecto/descritivo com detalhamento do produto ofertado.

4. AMOSTRAS

4.1 Poderá ser exigido do licitante provisoriamente vencedor, quando solicitado, que apresente 01 (uma) amostra do item arrematado para serem analisados pela DIRETORIA TÉCNICA. As amostras dos materiais deverão ser apresentadas, no prazo máximo de 3 dias úteis, contadas a partir do recebimento da solicitação formal, sob pena de desclassificação da proposta para a verificação da compatibilidade com as especificações deste Termo de Referência e consequente aceitação da proposta.

5. DA EMISSÃO DO PEDIDO

5.1. Será emitido pela Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota, o documento Ordem de Fornecimento e Empenho, que serão enviados para o e-mail fornecido pela a empresa vencedora do produto solicitado, ou entregue em mãos ao representante legal da empresa.

6. DOS PRAZOS, DAS CONDIÇÕES E DO LOCAL DE ENTREGA DO OBJETO DA LICITAÇÃO

6.1. Prazo de Fornecimento: A Contratada se obriga a entregar os produtos, objetos do presente certame, pelo período de 12 (doze) meses, mediante solicitações da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota.

6.2. A entrega do objeto desta aquisição deve ser feita em **até 5 (cinco) dias úteis** do recebimento da Autorização de Fornecimento e Empenho, no setor da Central de Abastecimento Farmacêutico da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves Vovó Mocinha – Fungota, situada na Avenida Duque de Caxias, 731- Cento, Araraquara – SP CEP: 14801-120. Horário de Recebimento: 08h às 16h, acompanhado da Nota Fiscal.

6.3. A **entrega da quantidade** do objeto desta aquisição deve ser **efetuado de maneira fracionada**, mediante solicitação da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – Fungota.

6.4. Correrão por conta da contratada todas as despesas de embalagem, seguros, transporte, montagem, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da própria aquisição dos mobiliários.

6.5. A Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - Fungota não aceitará, sob nenhum pretexto, a transferência da responsabilidade da CONTRATADA para outras entidades, sejam fabricantes, técnicos ou quaisquer outros.

6.6. A falta do produto não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do fornecimento objeto deste Termo de Referência, e não eximirá a fornecedora das sanções a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

7.1. Proceder à entrega das mercadorias nas especificações e quantidades solicitada, de acordo com o cronograma estabelecido pela Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA,

7.2. Proceder à entrega das mercadorias conforme, prazo e local constantes no Termo de Referência e seus anexos, acompanhado da respectiva nota fiscal, na qual constarão as Indicações referentes a: número de empenho, marca, fabricante, modelo, procedência e prazo de garantia ou validade.

7.3. A Contratada deve cumprir todas as obrigações constantes no Edital, seus anexos e sua proposta, assumindo como exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

7.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com os artigos 12, 13 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990).

7.5. Substituir, reparar ou corrigir, às suas expensas, no prazo fixado neste Termo de Referência, o objeto com avarias ou defeitos e com código de barras ilegível.

7.6. Comunicar à Contratante, com antecedência a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação.

7.7. Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação.

7.8. Manter atualizado todos os dados Cadastrais, durante a execução do contrato.

8. QUANTO AS CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO

8.1. O insumo objeto deste termo será recebido, desde que:

8.1.1. A quantidade esteja de acordo com o cronograma estabelecido pela Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA e Nota de Empenho;

8.1.2. Os produtos deverão possuir validade mínima de 75% do seu período total de validade, no ato da entrega. Caso a validade seja inferior ao que está aqui estabelecido, a empresa deverá se comprometer formalmente, por meio de carta, a efetuar a troca dos insumos que venham ter a sua validade expirada, sem qualquer ônus para a Administração;

8.1.3. A embalagem permita o correto armazenamento, e contenha número do lote, data de validade, data da fabricação, descrição do item, número de registro no Ministério da Saúde, número do responsável técnico e selo da Anvisa;

8.1.4. Alterações de qualquer natureza na entrega das mercadorias devem ser autorizadas por escrito pela Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA, mediante solicitação do fornecedor. Alterações promovidas pela indústria relativas à gramatura das mercadorias; devem ser proporcionalmente ressarcidas pelo fornecedor.

8.1.5. A especificação esteja em conformidade com o solicitado neste Termo de Referência;

8.1.6. Fornecer certificado de lote emitido pelo fabricante do produto;

8.1.7. Fornecer bula, preferencialmente, na forma impressa, em língua portuguesa.

8.2. A entrega efetuada de forma parcelada somente será reconhecida a nota fiscal que fechar com os volumes, quantidades e valores entregues ao responsável do setor de recebimento e conforme autorização de fornecimento e empenho emitida pelo setor responsável da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha – FUNGOTA.

9. DA FORMA DE PAGAMENTO

9.1. O pagamento será efetuado, conforme entrega do objeto, Até 30 (trinta) dias após a entrega dos produtos, com o valor correspondente às quantidades fornecidas de acordo com a solicitação previamente emitida, com a apresentação da Nota Fiscal com anuência da pessoa responsável pelo recebimento dos produtos.

9.2. As notas fiscais/faturas que apresentarem incorreções serão devolvidas à Contratada e seu vencimento será contado da data do seu retorno devidamente regularizada.

9.3. O pagamento será feito pelo Setor Financeiro da Fundação Municipal Irene Siqueira Alves – Vovó Mocinha - FUNGOTA, por ordem bancária.

Assinatura